



德尔格 accuro 气体检测管泵

单手快速测量：德尔格 accuro 检测管泵让您可以使用成熟的德尔格检测管在极端条件下进行测量。德尔格检测管易于使用，出厂前已经过校准，可与德尔格检测管泵完美匹配。

德尔格 accuro

集成式采样终止指示器 清晰指示采样何时结束

集成式采样计数器 用于轻松监控采样次数

集成式检测管开管器 使用陶瓷刮刀在检测管上轻松划出划痕, 确保开管干净卫生



耐磨 EPDM 橡胶外壳 坚固耐用的橡胶混合材料, 确保可靠的操作

气囊 确保长时间使用后容量依然准确

剪式弹簧机制 确保单手操作时可均匀压缩气囊

优势

移动式定点测量

这款手动泵可用于定点测量，如检测浓度峰值、进入密闭空间、最恶劣的作业环境等。

功能性气囊

德尔格 accuro 检测管泵每次采样可吸取 100 毫升气体。测量时，泵体（气囊）完全压紧。气囊处于打开状态时，排气阀关闭，以便气体样本通过连接的德尔格检测管流入泵内。泵体完全打开至其原始位置后，吸气过程就此完成。位于泵头的压力控制采样终止指示器可清晰指示采样的结束。

采样


在采样过程中，待评估的物质首先积聚在适当的载体材料上，如活性炭、硅胶等。如此一来，待评估的空气就会以预定义的流速和持续时间流过相应的材料。然后，可在实验室内使用仪器分析方法（如气相色谱分析法），定性和定量检查通过吸附或化学吸附作用积聚在载体材料上的物质。

单手操作

测量过程经常需要在极端环境下进行，如梯子上、竖井内或穿戴着笨重的呼吸防护设备时。德尔格 accuro 检测管泵可使用单手轻松操作，还能确保在难以进入的地方进行可靠的测量。

系统组件

ST-36-2001



德尔格短期检测管

经过无数次实践检验：德尔格短期检测管经过全球使用验证，是一种经济高效的可靠气体测量解决方案。不断降低的职业接触限值、特殊客户需求和新的法律法规使得研发更灵敏的德尔格检测管十分必要。

2-925-91



德尔格采样管系统

即使用于处理复合化合物或混合物，德尔格采样管系统也非常可靠。

附件

ST-1990-2005



Dräger TO 7000

使用 Dräger TO 7000 检测管开管器，只需简单操作即可打开常规的短期检测管、安瓿和双层管，而且不会留下锯齿边缘。

附件

ST-14319-2008



德尔格 accuro 延长管

用于竖井等难以进入的地方。有以下尺寸可供选择：

- 1米
- 3米
- 10米
- 15米

D-13066-2010



热气探针

能够测量极热气体，例如燃烧车间内的气体。

D-544-2016



车辆废气探针

用于测量尾气。

D-13069-2010



棒式探针 400

用于进行容器内的清罐测量。

技术数据

尺寸（宽 x 高 x 深）	170 x 45 x 85毫米	
采样量	100 ±5cm³	
重量	250克	
环境条件	温度： -20°C 至 +50°C 相对湿度： 0 至 95%（无凝结）	
认证	CE 认证（EN 0158）	
	ATEX	I M1 II 1GD IIB 85°C T6 II 2G IIC T6 -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
	DIN EN ISO	17621

订购信息

描述	内容	订货号
德尔格 accuro	气体检测泵、德尔格 accuro 和 Dräger TO 7000 检测管开启器	6400000
气体检测仪套装	德尔格 accuro 气体检测泵、便携箱、Dräger TO 7000 检测管开启器和适用于德尔格 accuro 的备件套件	6400260
适用于德尔格 accuro 的备件套件	6 个阀门盘、1 个指示器视窗、3 块膜、1 根插管和 1 个垫圈	6400220
1米延长管	含同期检测套件适配器	6400561
3米延长管	含检测管适配器和软管适配器，置于便携箱内	6400077
10米延长管	含检测管适配器和软管适配器	6400078
15米延长管	含检测管适配器和软管适配器	6400079
Dräger TO 7000 检测管开启器		6401200
德尔格同期检测管适配器	含切管器和适配器	6400090
可应要求提供其他配件。		

此处提及的商标均为其各自所有者的财产。某些国家/地区的商标可能归 Drägerwerk AG & Co. KGaA（简称“Dräger”）或其附属公司所有，但在发布本材料的国家/地区不一定如此。请访问 www.draeger.com/trademarks 了解德尔格商标的最新状态。

公司总部

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
📞 www.draeger.com